


指導手順書（患者様用）
茨城県北西部吸入指導ネットワーク

エリプタタイプ
(レルベア・アノーロ・
エンクラッセ・アニュイティ・テリルジー)



デバイス各部位の名称と注意点

- ※ 吸入する時以外はカバーを開けない!
- ※ カバーを開けた後に通気口をふさがらない
- ※ カバーを開けるときに重さ（抵抗）を感じることや、きしみ音がすることがあります。吸入薬の内部で薬がセットされるとききの音で、故障ではありません。



30 薬の残りの使用回数が表示されます。未使用の状態では、最大使用回数*が表示されています。

9 薬の残りが「9」以下になると、左側が赤色に変わります。

0 薬がなくなり、カウンターが「0」になった後にカバーを開けると、カウンター表示が赤色に変わります。

※カウンターが赤色でもカバーは開きます。 ※「7」「14」「30」の3種類があります

- ① 「カチッ」と音がするまでカバーを開けます。② 「フーッ」と息を吐き出します。③ マウスピース（吸入口）をしっかりとくわえ、2～3秒かけるつもりで勢いよく深く吸い込みます。

※この時カウンターがひとつ減ります。



- ④ 苦しくない程度（5秒程度）息止めをしてから、息をゆっくりと吐き出します。その後カバーを閉じます。



- ⑤ 吸入後はうがいしてください。